



സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്,
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം - 695011

ഫോൺ: (0471)2528855,2528055

www.tmc.kerala.gov.in
principalgmct@gmail.com
store.gmct@gmail.com

C8/2930/2025/GMCT

07-10-2025

ദർഘാസ് പരസ്യം

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് വകുപ്പിൽ Transfusion Medicine

വിഭാഗത്തിലേക്ക് Plasma Thawa Bath വാങ്ങി വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിന് മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും, പ്രിൻസിപ്പൽ, സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന തീയതികളിലും, സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താത്പര്യമുള്ളവർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്ന പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി.പി.പി. ആയി അയക്കുന്നതല്ല.

അടങ്കൽ തുക : 1,20,000/- രൂപ

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില

(ഒറിജിനൽ - നികുതി സഹിതം) : ₹672/- രൂപ (600/-+72/-)

(ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - നികുതി സഹിതം): 336 രൂപ

നിരതദ്രവ്യം : ₹1,200/- രൂപ

ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതി, സമയം : 04/11/2025 03.00 PM

ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി, സമയം : 05/11/2025 02.30 PM

ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതി,

സമയം: 05/11/2025 03.00 PM

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി : 31-03-2026

ദർഘാസ് നമ്പർ	സാധനങ്ങളുടെ പേര്	യൂണിറ്റ്	അളവ്
14/2025	Plasma Thawa Bath [Specification attached]	എണ്ണം	1

Technical Specification Plasma Thaw bath

1. Should be able to thaw a minimum of 12 regular Plasma bags.

2. Should be able to thaw plasma bags at present temperature of 37 ± 0.2 degree Celsius.
3. Should have programmable temp range + 37 degree C to +56 degree C.
4. Should have removable stainless - steel tray with individual compartment for holding 12 regular plasma bags. Should have the following Alarms and indicators.
 - a. High/ Low temperature - Audible/Visible
 5. b. Timer - Audible/Visible
6. Should have a uniform and optimum thawing mechanism - pumping mechanism by high capacity pump.
6. Should have a system to drain the chamber.
7. Should be supplied with a SS cover with built in handles to keep the unit covered when not in use.
8. Should have a LED display for Set temperature, Actual Temperature.
9. Should have a timer with range of 1 to 240 minutes.
10. The inner chamber should be made of stainless steel 304.
11. External cabinet should be made of 1.2mm HDGI sheet with powder coating.
12. Total weight should not exceed 35 Kg, without water.
13. Should have a PT 100 sealed Sensor dipped directly in the water
14. Should have a display resolution of 0.1degree C
15. Should have a microprocessor based digital controlled to control temperature.
16. Should have an external dimension, not greater than 800x500x400mm (LxWxH)
17. Maximum power consumption should be 1100 W
18. Input supply: 230V+10%, 50Hz, Single - Phase AC
19. Should have ISO 9001:2015, ISO 13485 2016 Certificates.
20. Warranty - 3 years
21. Good performance certificate from 3 high volume Government Blood Centres in Kerala to be attached.
22. Demo of the equipment required to ensure the work efficiency of the machine in high volume working conditions.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെൻഡർ നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ, നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പലിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.

PRINCIPAL